

儀器設備容許誤差表

項次	儀器名稱	容許誤差
1	酸鹼度計	$\pm 0.5\%$
2	電導度計	$\pm 2\%$